

---

Subject: Aw: Übergroße BNC Buchse (75 Ohm) DDR  
Posted by [wellenkino](#) on Sun, 29 Oct 2017 15:30:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich bin mir ziemlich sicher für das alte Messgerät zwei Tastköpfe eingelagert zu haben, selbstverständlich mit dem 3-Nasen-Stecker, also TGL. Bitte verifizieren.  
Es wäre denkbar daß die Masseklemmschellen vom HF4/13 da draufpassen.

Um das nochmal klarzustellen:

C-Norm hat zwei Nasen  
TGL hat drei.

IG Martin

---

#### File Attachments

1) [tgl.jpg](#), downloaded 2025 times

---