

---

Subject: Aw: Russischer Röhrenprüfer L1-3

Posted by [ocean-boy 204](#) on Thu, 29 Nov 2018 21:01:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

ich habe ein älteres L3-3. Meine Erfahrung ist, das man die russischen Papierkondensatoren wegen schlechter Isolationswiderstände wechseln muß. Als Ersatz kann man moderne Folienkondensatoren verwenden (MKH, MKL u.a.)

MfG

---