
Subject: Komische Erdung, zulässig?

Posted by [Matt](#) on Fri, 11 Jan 2013 11:29:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo alle

Gestern Abend habe ich in Tek521A (Vektorskop aus Ende 60er) reingeschaut, da eine Mess-Modus nicht geht (YG ohne Funktion). War eine Sperrmüllfund vor 1Jahr, ist kurz gecheckt und eingelagert.

Da fiel mir nicht originale 2x antiparallel geschaltete Einpressdiode (der stammt von Siemens) auf.

Genauere Untersuchung ergab: Schutzleiter ist über diese Diode an Chassis angeschlossen und nicht direkt.

Nun das frage ich an euch, ist das laut VDE Vorschrift zulässig?

Und Zweck von diese Diode frage ich mich auch, Brummschleife vermeiden ?

grüss
Matt
