

---

Subject: Aw: Tek 555 "Triple Nickel"

Posted by [Getter](#) on Sat, 23 Feb 2013 19:47:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Martin,

klar, die Heizungen sind alle mit stabilisiert.

Gegebenenfalls könntest Du aber bei der CRT-Heizung auf die Stabilisierung verzichten und so mit einem ganz normalen Trafo auskommen, angeschlossen direkt an's Netz.

Wenn Du den Heiztrafo hinter dem Transduktor anordnest, bloß daran denken, bei Überprüfung der 6.3V True-RMS zu messen, die Spannung ist da ja nicht mehr sinusförmig. Kannst ja auch nen Trafo nehmen, aus dem mehr als die 6.3V herauskommen und den Rest in einem Widerstand verschwinden lassen, dann wird zugleich die Rö sanfter angeheizt.

Nur paar Gedanken dazu...

Grüße sendet

Burkhard

---