
Subject: Aw: Tek 555 "Triple Nickel"
Posted by [wellenkin0](#) on Tue, 26 Feb 2013 18:30:04 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Tek 555 Reparatur, die Fortsetzung

Ein Trafochen aus einem Steckernetzteil, ca 12V, mit sehr guter Isolation der Sekundärwicklung, 2 Kammern, angeklemt und mit 200V versorgt, mit Widerstand belastet zum messen, abgewickelt auf 6,3V

2 spezielle Montagewinkel dafür angefertigt...

Die sollen genau auf 2 schon vorhandene Schrauben im Gerät passen...

Einbau

Nach nochmaligem und diesmal erfolgreichem Isolationstest: Strom !

Ist er nicht schnuckelig ? Beide Beams sind putzmunter

Weiter gehts mit dem Netzteil.

IG Martin

File Attachments

- 1) [strafo 001.jpg](#), downloaded 2851 times
 - 2) [strafo 003.jpg](#), downloaded 2836 times
 - 3) [strafo 001.jpg](#), downloaded 2789 times
 - 4) [strafo 002.jpg](#), downloaded 2981 times
 - 5) [strafo 003.jpg](#), downloaded 2850 times
 - 6) [strafo 004.jpg](#), downloaded 2768 times
 - 7) [strafo 005.jpg](#), downloaded 2874 times
 - 8) [555-555-2 007.jpg](#), downloaded 2824 times
-