

---

Subject: Aw: Philips PM 6303

Posted by [Getter](#) on Thu, 24 Dec 2015 01:40:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zeigt er wirklich falsche Werte an - oder sind vielleicht die Kondensatoren schlecht, waren es ältere Papier-Cs ? (wie beispielsweise der abgebildete !)

Wenn auch bei Kunstfolien-Cs (Styroflex, MKS, FKP, TFF, etc., etc.) durchgängig falsche Werte angezeigt werden, dann ist von nötiger Neu-Kalibrierung oder Reparatur auszugehen, sonst möglicherweise nicht.

Grüße aus HH !

---